

Instytut Farmaceutyczny  
Ul. Rydygiera 8  
01-793 Warszawa

Warszawa, 11.02.2016

Nr sprawy: ADZP 240 -2/16

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 10.02.2016, w postępowaniu pn.:

**„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO ADZP 240 – 2 /16”**

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

**Zapytanie do części IX**

1. Zamawiający wymaga:” Rejestrator posiada wysoką klasę szczelności obudowy chroniącą przed wodą i kurzem (przy zastosowaniu zaśleпки)”, czy w związku z tym Zamawiający planuje umieszczać rejestrator w środowisku grożącym zalaniem wodą i dużego zapylenia?
2. Czy Zamawiający dopuszcza, by próbkowanie co 10 sekund odbywało się przez komputer, a rejestracja, zapis i analiza wyników co 1 minutę?
3. Czy Zamawiający planuje czytywanie danych na jeden komputer, czy każdy z rejestratorów będzie podłączony do osobnego komputera?

**Odpowiedź do części IX**

1. Tak
2. Próbkowanie i zapis może odbywać się co minutę i rzadziej o ile rejestrator nie będzie podłączony do komputera. **Uwaga:** rejestrator podczas pracy nie będzie podłączony do komputera.
3. Szczytywanie danych odbywać się będzie na trzech różnych komputerach, z możliwością szczytania wszystkich danych na jeden komputer.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

**Termin składania ofert: 16.02.2016, godz. 11:30**

**Termin otwarcia ofert: 16.02.2016, godz. 12:00**

Z poważaniem,

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY  
Dział Zamówień Publicznych

  
Magdalena Troć