



Instytut Farmaceutyczny
Ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 18.05.2017

Nr sprawy: NDZP 240 -34/17

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego dnia 17.05.2017
w postępowaniu pn.:

„DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO NDZP 240 – 34 /17”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Pytanie 1

Dotyczy części VI

Prosimy podać, który separator oleju należy zaoferować, ponieważ do pompy stosuje się tylko jeden z wymienionych przez Państwa separatorów oleju. Polecamy najbardziej popularny, pod nazwą filtr oleju.

Pytanie 2

Dotyczy części VI

Pompa zalana jest już olejem, czy w związku z tym należy zaoferować Państwu dodatkowy olej czy wystarczy ten, który jest już w pompie.

Pytanie 3

Dotyczy części VI

Do pompy podłącza się albo miernik próżni albo kontrolę próżni. Prosimy podać czy należy Państwu zaoferować miernik próżni czy kontroler.

Pytanie 4

Dotyczy części VI

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania króćca przyłączeniowego?

Odpowiedź :

1. Zamawiający wybiera polecany, najbardziej popularny filtr oleju.
2. Zamawiający decyduje się na dodatkowy olej do pompy.
3. Zamawiający wymaga aby do pompy został podłączony miernik w zakresie 0,01-1000 mbar
4. Zamawiający wymaga zaoferowania króćca przyłączeniowego.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił termin składania ofert.

Termin składania ofert: 22.05.2017, godz. 11:30

Termin otwarcia ofert: 22.05.2017, godz. 12:00

Z poważaniem,
INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zamówień Publicznych
M. Troć
Magdalena Troć