



Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 29.08.2018

Nr sprawy: FZ-240 -48/18

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w dniu: **27.08.2018**
w postępowaniu pn.:

„ ZAKUP ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO FZ - 240- 48/18 ”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Zapytanie z dn. 27.08.2018

W związku z przetargiem chciałbym prosić o wyjaśnienie czy dopuszczicie Państwo do przetargu termometry i higrometry polskiej produkcji z czujnikiem platynowym Pt-100, który jest dokładniejszy niż termopara. Do przyrządów pomiarowych oferujemy profesjonalny, polski program komputerowy.

Odpowiedź do zadanego pytania:

Zaproponowane czujniki w niewielkim stopniu są zgodne ze specyfikacją umieszczoną w SIWZ. Zamawiający oczekuje czujników zgodnych z opisem SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

*Termin składania ofert: **04.09.2018, godz. 11.30.***

*Termin otwarcia ofert: **04.09.2018, godz. 12.00.***

Z poważaniem

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY

Dział Zakupów

M. Troć
Magdalena Troć
Referent