



Instytut Farmaceutyczny
ul. Rydygiera 8
01-793 Warszawa

Warszawa, 31.08.2018

Nr sprawy: FZ-240 -48/18

W związku z zapytaniem skierowanym do Zamawiającego w dniu: **30.08.2018**
w postępowaniu pn.:

„ ZAKUP ORAZ DOSTAWA SPRZĘTU LABORATORYJNEGO FZ - 240- 48/18 ”

działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udzielamy następującej odpowiedzi.

Zapytanie z dn. 30.08.2018

Część XII

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi o większym obciążeniu max. do 1520g (zamiast 1200g)?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek o wymiarach 175mm x 195mm (zamiast 195mm x 195mm)?
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego portu RS 232 (zamiast 2 portów)?

Odpowiedź do zadanego pytania:

Część XII

Ad.pkt.1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi o większym obciążeniu max. do 1520g (zamiast 1200g) choć nie ma takiej potrzeby.

Ad.pkt.2 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szalek o wymiarach mniejszych niż 195mm x 195mm.

Ad.pkt.3 Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego portu RS 232 zamiast dwóch.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas przygotowywania ofert.

Zamawiający nie zmienił terminu składania ofert.

Termin składania ofert: **04.09.2018, godz. 11.30.**

Termin otwarcia ofert: **04.09.2018, godz. 12.00.**

Z poważaniem

INSTYTUT FARMACEUTYCZNY
Dział Zakupów

Magdalena Troć
Referent